

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Perfil de relevância clínica de alarmes em ventiladores mecânicos: Implicações para a segurança de doentes graves em terapia intensiva

Pesquisador: Roberta Faltanin Passamani

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 07134912.0.0000.5265

Instituição Proponente: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 155.839

Data da Relatoria: 28/11/2012

Apresentação do Projeto:

Caracteriza-se como projeto de pesquisa da mestrandona em enfermagem Roberta Faltanin Passamani. Apresenta como objeto de estudo a investigação da fadiga de alarmes em ventiladores mecânicos na unidade de terapia intensiva. Tem como referencial teórico que a fadiga de alarmes em unidades de terapia intensiva implica em possíveis danos aos doentes graves. A investigação visa contribuir para o entendimento do fenômeno fadiga de alarmes. Será desenvolvido em um hospital universitário localizado na cidade do Rio de Janeiro. Os sujeitos de pesquisa são os profissionais da equipe de enfermagem que atuam no setor de terapia intensiva do referido local. Para técnica de coleta de dados fará uso de um formulário checklist e também de momentos de observação dos sujeitos. Após esses momentos os dados serão analisados.

Objetivo da Pesquisa:

- Identificar o perfil dos alarmes dos ventiladores mecânicos durante assistência ventilatória em unidade de terapia intensiva;
- Identificar o tempo estímulo-resposta profissionais diante desses alarmes;
- Analisar as condutas tomadas por esses profissionais no momento que respondem a eles.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O estudo proposto apresenta riscos mínimos para os sujeitos da pesquisa, dado que estes serão observados pela pesquisadora durante a assistência prestada na unidade onde realizam suas

Endereço: Av. Pasteur, 206

Bairro: Urca

CEP: 22.290-240

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: (21)2542-7798

E-mail: cep.unirio09@gmail.com

atividades. Conforme especifica o TCLE anexado, é assegurado o sigilo de sua identidade, assim como a decisão de participar ou não da Investigação proposta. Os benefícios relatados em decorrência da pesquisa se encontram na possibilidade de redução dos erros e complicações relacionadas ao fenômeno “fadiga de alarmes”, tendo em vista a elaboração de estratégias mais eficientes de otimização da utilização dos recursos de sistemas de alarmes em unidades de terapia intensiva.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A temática abordada na pesquisa é relevante para o contexto da assistência a clientes graves, visto que relaciona a fadiga de alarmes à segurança desse grupo da população que se encontra em situação mais vulnerável. Abordagem metodológica adequada aos objetivos propostos.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresenta a devida autorização da instituição onde a Investigação será desenvolvida; o TCLE atende os aspectos essenciais da Resolução 196/96. As solicitações do CEP para a estrutura do projeto foram devidamente atendidas.

Recomendações:

NÃO SE APLICA.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

A Investigação proposta contribuirá significativamente para a discussão sobre fatores relacionados à segurança do cliente grave hospitalizados. Atende os critérios da Res. 196/96.

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Considerações Finais a critério do CEP:

Conforme preconizado na Resolução 196/1996, o CEP-UNIRIO aprovou o referido projeto. Caso a pesquisadora realize alguma alteração no projeto de pesquisa, será necessário que o mesmo retorne ao Sistema Plataforma Brasil para nova avaliação e emissão de novo parecer. É necessário que após 1 (um) ano de realização da pesquisa, a ao término dessa, relatórios sejam enviados ao CEP-UNIRIO, como compromisso junto ao Sistema CEP/CONEP.

RIO DE JANEIRO, 27 de Novembro de 2012

Assinador por:
FABIANA BARBOSA ASSUMPÇÃO DE SOUZA
(Coordenador)